



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

A: La Gerencia de Compras del INCART

Asunto: Informe de Perito para la compra de reactivos, insumos, controles y calibradores para Laboratorio Clínico del INCART.

Fecha: Febrero 22/2021

ATENDIENDO, al requerimiento realizado por Laboratorio Clínico del INCART para la compra de insumos y reactivos a ser usados en los servicios de las analíticas realizadas en dicha unidad;

ATENDIENDO, a que la elaboración y presentación de un informe pericial, apoya técnicamente el proceso de compra para la adquisición de los bienes requeridos; en este caso reactivos, insumos, controles y calibradores para la realización de las pruebas analíticas ofrecidas en el Laboratorio Clínico.

ATENDIENDO, a que este informe permitirá a la Gerencia de Compras y al Comité de Compras y Contrataciones del INCART, entender cuáles son las condiciones a tomar en cuenta para la adquisición de los bienes solicitados, esto es, motivado en que los modelos de los equipos utilizados para la realización de las pruebas analíticas, poseen características técnicas que le son propias, que les hacen demandar un determinado tipo de insumos, reactivos, controles y calibradores; y no productos genéricos, que si bien puede suplir cualquier proveedor en el mercado; no necesariamente pueden éstos responder a los insumos, reactivos, controles y calibradores que precisan estos equipos instalados en el Laboratorio Clínico.


ATENDIENDO, a que para que las mediciones analíticas realizadas en el Laboratorio Clínico sean válidas, garantizando que estén dentro de los estándares de calidad requeridos a través del uso de los correctos y adecuados *reactivos, insumos, controles y calibradores* que usan los modelos de los equipos donde se realizan estas pruebas, a saber:

- ❖ Equipo Acces II Analyzer, Modelo Access II, Línea Inmunología
- ❖ Equipo Analizador Automático de Química A-25, Modelo 83101, Línea Química
- ❖ Equipo Analizador de Hematología Sysmex XN-1000-S, Modelo XN-1000 S, Línea Hematología
- ❖ Equipo Analizador de Electrolitos Easylite, Modelo 2014, Línea Médica
- ❖ Equipo Analizador de Química Urinaria Aution Eleven Arkay, Modelo 14402, Línea Urinaria

Ave. Bernardo Correa y Cidrón, esq.: Rafael A. Sánchez Ravelo,
Sto. Dgo.D.N.R.D.
Telefono : 809-289-2700 | E-mail: info@incart.gob.do
RNC: 430130712



www.incart.gob.do





SERVICIO REGIONAL DE SALUD

METROPOLITANO



INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES

ATENDIENDO, a que estas analíticas ejecutadas en el laboratorio son parte integral y esencial de la cartera de servicios que ofrece el INCART y, además son requeridas por todas las áreas médicas del hospital.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, es nuestra recomendación que conforme a lo establecido por las disposiciones legales que rigen la materia de compras y contrataciones para las entidades públicas, los productos solicitados sean adquiridos al (los) suplidor (es) que garantice (n) la calidad de los insumos, reactivos, controles y calibradores para los modelos de los de los diferentes equipos instalados en Laboratorio Clínico, donde se realizan las pruebas analíticas; y que estos suplidores prueben eficientemente que ostenta la calidad de distribuidores, representantes o importadores autorizados de las casas comerciales fabricantes de los insumos y reactivos, controles y calibradores de los modelos de los equipos descritos anteriormente.

Sin otro particular, se despide

Atentamente,

Lic. Elizabeth Torres
Coordinadora Técnica
Perito Asignado



Ave. Bernardo Correa y Cidrón, esq.: Rafael A. Sánchez Ravelo,
Sto. Dgo.D.N.R.D.
Telefono : 809-289-2700 | E-mail: info@incart.gob.do
RNC: 430130712



www.incart.gob.do

